

令和8年度土佐町田井・森町民体育館 AED リース質疑応答

質疑内容	回答
<p>納品日について 入札から納品日までの期日が短いため、納品日については別途協議とさせていただくことは可能でしょうか。</p>	<p>納品日、リース期間については下記内容に変更いたしました。</p> <p>納品日：2026年6月30日を期限とする リース期間：5年間(2026年7月1日～令和2031年6月30日)</p> <p>仕様書の記載も修正しておりますので、なおご確認ください。</p>
<p>仕様書1 5 (3) 「リース」とありますが、弊社は、AEDを含む高度管理医療機器の販売業・賃貸業許可を取得していますので、リース会社を介さず直接お貸しする賃貸借契約としてよろしいでしょうか。</p>	<p>賃貸借契約で仕様書の内容について対応可能であれば、賃貸借契約でも問題ありません。</p>
<p>仕様書5 (4) 「画面での操作説明」とはカラー液晶画面による操作説明との認識でよろしいでしょうか。 また、AED本体の音声ガイダンスと液晶画面の操作説明が連動していなければ、AEDを使用する際に混乱する恐れがあるため、AED本体の音声ガイダンスと液晶画面によるイラストと文字による操作説明が連動していることが必須との認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>「画面での操作説明」はカラー液晶画面による操作説明の認識でお間違いありません。</p> <p>AED本体の音声ガイダンスと液晶画面での操作説明の連動は必須の認識でお間違いありません。</p>
<p>仕様書5 (4) 「交換」とありますが、本件の消耗品交換については、下記の運用でもよろしいでしょうか。 ①消耗品の定期交換は、使用期限を迎える</p>	<p>①については、業者が現地へ訪問して交換する対応をお願いします。</p> <p>②については、この運用で問題ありません。なお、送付先は設置先ではなく教育委員会事務局でお願いいたします。</p>

<p>前に QR コード読取で交換容量が分かる案内文書と新しい消耗品を弊社負担で設置先に送付、消耗品は設置先のご担当者に交換して頂き、同梱の返送伝票で古い消耗品を返送頂く運用。</p> <p>②AED 使用時には、弊社コールセンターへご連絡いただき、QR コード読取で交換容量が分かる案内文書と補充消耗品を弊社負担で設置先に送付、消耗品は設置先のご担当者に交換して頂き、同梱の返送伝票で古い消耗品を返送頂く運用。</p>	
<p>仕様書 6③</p> <p>「ハードウェア保守」とありますが、保守の内容は定期消耗品の期限前交換や、使用時の消耗品補充、万一の際の代替機準備、加えてお客様からのご相談やお問合せに対応できるコールセンター（24 時間 365 日）があり、必要に応じて弊社担当者が対応すればよろしいでしょうか。</p>	<p>この対応で問題ありません。</p>
<p>仕様書 5（4）</p> <p>音声ガイダンスについてですが、日本語音声、英語音声が続けて流れるタイプでも問題ありませんでしょうか。</p>	<p>このタイプでも問題ありません。</p>
<p>仕様書 6①</p> <p>「納入する機器は、品質・耐久性に十分留意し、別紙詳細仕様に記載したスペックと同等以上のものを選択すること。」とありますが、別紙詳細仕様は何処にありますでしょうか。</p>	<p>こちら記載誤りとなります。</p> <p>別紙詳細仕様はなく、同仕様書内の（4）仕様に記載したスペックと同等以上のものを選択すること。となります。</p>